

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy



MMOPX0274B3D

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 46984/2024 / 9029/2024/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 25.03.2024

všem potenciálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Seniorcentrum – centrum denních služeb“ - vybavení

Zadavatel dne 20. 03. 2024 obdržel dotaz k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „Seniorcentrum – centrum denních služeb“ - vybavení zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,

u položky N56 – Závěsný systém není uvedeno, zda má být umožněn transport mezi místnostmi, nebo zda bude zvedací jednotka mezi místnostmi přenášena obsluhou. Požaduje zadavatel funkci transportu mezi místnostmi? Pokud ano, prosíme o upřesnění, jakým způsobem si zadavatel v kontextu svých potřeb a možností prostoru přeje tento transport realizovat. Na trhu jsou k dispozici různé systémy, které se liší koncepcí, výkonem, rychlostí, uživatelským komfortem a podle toho i cenou.

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje, aby transport mezi místnostmi (jednotlivými kolejnicovými systémy) byl umožněn při zachování stavebních otvorů dle projektové dokumentace (dveře, průvlaky). Transport osoby musí probíhat rychle a jednoduše, jednofázově přímo z jedné kolejnice na druhou. Přenos osoby musí probíhat plynule bez poklesu výšky klienta v závěsu, tedy za současného odvíjení popruhu na straně jedné a navíjení na straně druhé. Takovýto transport bude umožněn mezi všemi řešenými místnostmi.

S pozdravem

Hana Fraňková
referenta veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy